

Departament
Polityki Lekowej i Farmacji

MZ-PLW-463-6807-18/SM/09

**Pan
Andrzej Sawicki
Prezes
AS POLONIA
Ul. Tarnowiecka 54
04-174 Warszawa***Szanowny Panie Prezesie*

W odpowiedzi na Pańskie pisma z dnia 26 lutego oraz 4 marca 2009 roku, w sprawie pytania: „czy od dnia 3 kwietnia 2009 będzie obowiązywał w Polsce całkowity zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych w tym także termometrów, które już zostały wprowadzone do obrotu i są np. w aptekach, hurtowniach i szpitalach”, Departament Polityki Lekowej i Farmacji stoi na stanowisku, iż wyroby medyczne o których jest mowa w Pana pismach mogą pozostać w obrocie czyli także w obiegu handlowym w aptekach, sklepach zaopatrzenia medycznego, hurtowniach itp. jak również w używaniu np. w szpitalu lub w domu bezpośrednio przez pacjenta, jeżeli zostaną wprowadzone do obrotu przed dniem 3 kwietnia 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.).

Natomiast po dniu 3 kwietnia 2009 roku nie można wprowadzać do obrotu termometrów lekarskich oraz ciśnieniomierzy zawierających rtęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 190, poz. 1163).

Jednocześnie w załączeniu przekazujemy kopię stanowiska Ministra Zdrowia jakie zostało przekazane do Ministra Gospodarki podczas konsultacji międzyresortowych przy pracach legislacyjnych nad wyżej wymienionym rozporządzeniem.

*Z poważaniem***DYREKTOR**
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji*Artur Falek***Zal. 1**

Kopia pisma Ministra Zdrowia, znak: MZ-PR-022-15582-2/MD/08 z dnia 01.09.2008 r.